



CONTROLE DE QUALIDADE ABH - 2016

Painel de Fenótipos - Classe I - Amostra 70

Laboratório	A23	A24	A34	B44	B45	B76
4	Não realizou o Teste					
7						
19	Não realizou o Teste					
25	Análise Indeterminada					
35						
45						
47						
49	Não Reportou Resultado					
	A23	A24	A34	B44	B45	B76

Especificidades reportadas	A23	A24	A34	B44	B45	B76
Nº de laboratórios	4	4	1	1	1	1
%	100%	100%	25%	25%	25%	25%

Amostra sem consenso: Somente quatro laboratórios reportaram seus resultados. É exigido para consenso um mínimo de dez laboratórios para validação da amostra conforme item 3 da carta de Instruções .

Especificidade reportada por um único laboratório participante.