

Laboratório	A32	B13	B44	A25	B27	B47	B37	B49	B51	A1	A3	A11	A23	A24	A26	A33	A36	A66	A68	B52	B59	
13																						
16																						
19																						
28																						
49																						

Especificidades Reportadas	A32	B13	B44	A25	B27	B47	B37	B49	B51	A1	A3	A11	A23	A24	A26	A33	A36	A66	A68	B52	B59
Nº de laboratórios	5	5	5	4	4	4	3	3	3	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
%	100	100	100	80	80	80	60	60	60	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20

Amostra sem consenso: Somente cinco laboratórios reportaram seus resultados. É exigido para consenso um mínimo de dez laboratórios para validação da amostra.

Especificidades intermediárias reportadas pelos laboratórios participantes com 60%.

Especificidade reportada por um único laboratório participante.