



CONTROLE DE QUALIDADE ABH - 2014

Painel de Antígenos Isolados - Classe I - amostra 62 - 2ª rodada

Laboratório	A11	A23	A24	A25	A32	A33	B8	B13	B18	B27	B35	B37	B38	B44	B46	B47	B49	B50	B51	B52	B53	B56	B57	B58	B59	B62	B63	B65	B71	B72	B75	B77	B78	Cw1	C*12		
6																																					
7																																					
8																																					
9																																					
10																																					
11																																					
12																																					
13																																					
15																																					
17																																					
18																																					
19																																					
20																																					
21																																					
22																																					
23																																					
24																																					
25																																					
26																																					
27																																					
28	Não reportado																																				
31																																					
32																																					
33	Amostra reportada como negativa																																				
34																																					
35																																					
36																																					
37																																					
42																																					
43																																					
44																																					
45																																					
49	Amostra reportada como negativa																																				
51																																					
54																																					
56	Não reportado																																				
58																																					

Especificidades reportadas	A23	A24	A32	B37	B49	B51	B53	B57	B63	B77	A25	B27	B38	B52	B58	B59	B78	B35	B44	B75	B13	B47	B71	B62	B56	B50	A11	B72	B18	B46	B8	A33	B65	Cw1	C*12
Nº de laboratórios	33	33	33	33	33	33	33	33	33	33	32	32	32	32	32	32	31	30	30	30	28	28	27	23	22	21	18	17	12	10	9	4	2	1	1
%	94	94	94	94	94	94	94	94	94	94	91	91	91	91	91	91	89	86	86	86	80	80	77	66	63	60	51	49	34	29	26	11	6	3	3

Especificidades validadas pelo consenso de 80% das especificidades reportadas.

Especificidades intermediárias reportadas pelos laboratórios participantes entre 6 e 77%.

Especificidades reportadas por um único laboratório.