



CONTROLE DE QUALIDADE ABH - 2021

Painel de Fenótipos - Amostra 103

		Painel Fenótipo classe I																																														
Laboratório		A23	A24	A25	A26	A29	A30	A31	A32	A33	A34	A36	A66	A68	A74	A80	B8	B13	B38	B39	B41	B42	B44	B45	B46	B47	B48	B49	B52	B55	B56	B58	B62	B65	B67	B71	B77	B81	B82	Cw2	Cw9	Cw10	Cw16	Cw17				
20212048		Resultado Não reportado																																														
20212395		P	N	N	P	P	N	P	N	P	P	P	P	P	P	P	N	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	N	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P		
20219858		P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	N	N	N	P	N	P	N	P	P	N	P	P	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	P	N	N	N	P	N	N	N	N	N	N	N

		Painel de Fenótipo classe II												
Laboratório		DR17	DR18	DR52	DQ7	DQ8	DQ9	DP1	DP3	DP5	DP11	DP13	DP14	DP17
20212048		Resultado não reportado												
20212395		Amostra reportada como negativa												
20219858		P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P

P = Positivo  
N = Negativo

Amostra sem consenso: Somente dois laboratórios reportaram seus resultados. É exigido para consenso um mínimo de dez laboratórios para validação da amostra conforme item 3 da carta de Instruções.