



CONTROLE DE QUALIDADE ABH - 2021

Painel de Fenótipos - Amostra 105

Painel Fenótipo classe I	
Laboratório	Resultado
20212048	Resultado Não Reportado
20212395	Amostra reportada como negativa
20219858	Amostra reportada como negativa

Painel de Fenótipo classe II	
Laboratório	Resultado
20212048	Resultado Não Reportado
20212395	Amostra reportada como negativa
20219858	Amostra reportada como negativa

Amostra sem consenso: Somente dois laboratórios reportaram seus resultados. É exigido para consenso um mínimo de dez laboratórios para validação da amostra conforme item 3 da carta de Instruções.