



CONTROLE DE QUALIDADE ABHI - 2023

Painel de Fenótipos - Amostra 112

Painel de Fenótipo classe I			
Laboratório	A33	A68	B37
20234655	P	P	N
20231094	N	N	P

Painel de Fenótipo classe II												
Laboratório	DR1	DR4	DR7	DR9	DR10	DR14	DR17	DR18	DR53	DQ2	DQ4	DQ5
20239524	P	P	N	P	P	P	N	N	P	P	N	N
20234655	P	P	P	P	P	N	P	P	P	N	P	P
20238125	P	P	N	P	P	P	N	N	P	N	N	N
20231094	P	P	N	P	P	P	N	N	P	P	N	N

P = Positivo
N = Negativo

Amostra sem consenso: Somente cinco laboratórios reportaram seus resultados. É exigido para consenso um mínimo de dez laboratórios para validação da amostra conforme item 3 da carta de Instruções.