



CONTROLE DE QUALIDADE ABHI - 2023

Painel de Fenótipos - Amostra 113

		Painel de Fenótipo classe I																																										
Laboratório		A1	A2	A11	A23	A24	A25	A32	A36	A80	B13	B27	B35	B37	B38	B41	B44	B45	B46	B47	B48	B49	B50	B51	B52	B53	B56	B57	B58	B59	B62	B63	B71	B72	B75	B76	B77	B78	B82	Cw4	Cw8			
20239524	P	N	N	N	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	N	N	N	P	P	P	P	N	P	P	P	P	N	N	N	N	N	N	P	N	P	P	P	P	N	N	N	N	N	N
20234655	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	N	N	N	N	N	N	N	P	P	N	N	N	P	P	P	P	N	N	N	P	P	N	P	N	P	P	P	P	N	P	N	P	P	
20238125	P	P	N	P	P	P	P	P	N	P	N	N	N	N	N	N	N	P	P	N	N	P	P	N	N	P	N	N	P	P	N	N	P	N	N	N	P	N	N	N	P	N	N	
20231094	P	N	N	P	P	P	P	N	N	N	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	N	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	N		

Painel de Fenótipo classe II	
Laboratório	Resultado
20239524	Amostra reportada como negativa
20234655	Amostra reportada como negativa
20238125	Amostra reportada como negativa
20231094	Amostra reportada como negativa

P = Positivo
N = Negativo

Amostra sem consenso: Somente cinco laboratórios reportaram seus resultados. É exigido para consenso um mínimo de dez laboratórios para validação da amostra conforme item 3 da carta de Instruções.