



CONTROLE DE QUALIDADE ABHI - 2023

Painel de Antígenos Isolados - Classe II - Amostra 115

Laboratório	DR1	DR103	DR4	DR9	DR10	DR51	DR52	DR53	DQ2	DQ4	DQ5	DQ6	DQ7	DQ8	DQ9	DQA1*01	DQA1*02	DQA1*03	DQA1*04	DQA1*05	DQA1*06	DP18	DP19	
20234157																								
20235278																								
20232303																								
20237501																								
20239151																								
20235037																								
20234859																								
20233519																								
20232948																								
20235073																								
20238941																								
20239524																								
20236026																								
20237979																								
20232893																								
20234672																								
20236465																								
20239390																								
20237396																								
20234995																								
20233191																								
20239228																								
20233344																								
20234655																								
20238919																								
20239224																								
20231525																								
20236980																								
20231474																								
20238816	Não reportou resultado																							
20238125																								
20235024																								
20233974																								
20239024																								
20231094																								
20233303																								
20235123																								
20239019																								
20234849																								
	DR1	DR103	DR4	DR9	DR10	DR51	DR52	DR53	DQ2	DQ4	DQ5	DQ6	DQ7	DQ8	DQ9	DQA1*01	DQA1*02	DQA1*03	DQA1*04	DQA1*05	DQA1*06	DP18	DP19	

Especificidades reportadas	DQ5	DQ6	DQA1*01	DR4	DR9	DR51	DR1	DR103	DQ4	DR10	DR52	DQA1*05	DR53	DQ2	DQ8	DQ9	DP18	DQ7	DQA1*02	DQA1*03	DQA1*04	DQA1*06	DP19
Nº de laboratórios	38	38	21	15	15	15	13	13	12	8	3	3	2	2	2	2	2	1	1	1	1	1	1
%	100%	100%	55%	39%	39%	39%	34%	34%	32%	21%	8%	8%	5%	5%	5%	5%	5%	3%	3%	3%	3%	3%	3%
	Especificidades validadas pelo consenso de 80% das especificidades reportadas.			Especificidades intermediárias reportadas pelos laboratórios participantes entre 5 e 55%.										Especificidades reportadas por um único laboratório.									

Valores médios, mínimos e máximos para: MFI das "bead" controle negativo, "bead" controle positivo e cutoff; percentual de PRAc.

	Média	Mínimo	Máximo
Bead CN (MFI)	256,69	23	2864
Bead CP (MFI)	14854,24	1978,16	26358
PRA (%)	60,08	0	100
Cutoff (MFI)	1394,13	724	2000