



CONTROLE DE QUALIDADE ABH - 2018
Painel de Fenótipos - Classe II - amostra 85

Laboratório	Resultado
84	Amostra reportada como negativa
90	Amostra reportada como negativa
110	Amostra reportada como negativa

Resultado Negativo
Amostra sem consenso: Somente três laboratórios reportaram seus resultados. É exigido para consenso um mínimo de dez laboratórios para validação da amostra conforme item 3 da carta de Instruções .