



CONTROLE DE QUALIDADE ABHI - 2025 - 2ª Rodada
Painel de Fenótipos - Classe I - Amostra 135

LABORATÓRIO	A29	A30	A34	A68	B35	B44	B45	B49	B50	B51	B52	B53	B55	B56	B61	B62	B63	B71	B72	B73	B75	B76	B77	B78	B82
20252210	Não reportou resultado																								
20252810																									
20253197																									
20253562																									
20254948																									
20257699	Não reportou resultado																								
20257785																									
20258219																									
20259987																									

Especificidades reportadas	B71	B52	B62	B72	B35	B49	B50	B45	B75	B53	B63	B44	B51	B61	B76	B77	B78	A29	A30	A34	A68	B55	B56	B73	B82
Nº de laboratórios	7	6	6	6	5	5	5	4	4	3	3	2	2	2	2	2	2	1	1	1	1	1	1	1	1
%	100%	85.7%	85.7%	85.7%	71.4%	71.4%	71.4%	57.1%	57.1%	42.9%	42.9%	28.6%	28.6%	28.6%	28.6%	28.6%	28.6%	14.3%	14.3%	14.3%	14.3%	14.3%	14.3%	14.3%	14.3%

Valores médios, mínimos e máximos para: MFI das "bead" controle negativo, "bead" controle positivo e cutoff; percentual de PRAc.

	Média	Mínimo	Máximo
Bead CN (MFI)	26.09	10.00	79.00
Bead CP (MFI)	11476.17	7950.53	15955.00
PRA (%)	35.56	7.00	60.70
Cutoff (MFI)	1000.00	500.00	1500.00

Amostra sem consenso: não houve a participação do número mínimo de dez laboratórios para a validação da amostra, conforme previsto na Carta de Instruções.