



CONTROLE DE QUALIDADE ABHI - 2025 - 2ª Rodada
Painel de Fenótipos - Classe I - Amostra 136

LABORATÓRIO	A69	B7	B13	B39	B41	B42	B44	B45	B47	B49	B50	B55	B56	B60	B61	B64	B67
20252210	Não reportou resultado																
20252810																	
20253197																	
20253562																	
20254948																	
20257699	Não reportou resultado																
20257785																	
20258219																	
20259987																	

Especificidades reportadas	B13	B45	B44	B50	B60	B41	B49	B61	B47	B55	A69	B7	B39	B42	B56	B64	B67
Nº de laboratórios	7	7	6	6	6	5	5	5	3	2	1	1	1	1	1	1	1
%	100%	100%	85.7%	85.7%	85.7%	71.4%	71.4%	71.4%	42.9%	28.6%	14.3%	14.3%	14.3%	14.3%	14.3%	14.3%	14.3%

Valores médios, mínimos e máximos para: MFI das "bead" controle negativo, "bead" controle positivo e cutoff; percentual de PRAC.

	Média	Mínimo	Máximo
Bead CN (MFI)	49.09	24.94	106.00
Bead CP (MFI)	10798.90	6524.00	14750.00
PRA (%)	32.14	11.00	45.21
Cutoff (MFI)	1000.00	500.00	1500.00

Amostra sem consenso: não houve a participação do número mínimo de dez laboratórios para a validação da amostra, conforme previsto na Carta de Instruções.