



CONTROLE DE QUALIDADE ABHI - 2025 - 2ª Rodada
Painel de Fenótipos - Classe II - Amostra 137

LABORATÓRIO	DR1	DR7	DR9	DR17	DR18	DQ2	DQ4	DQ5	DQ8
20252210	Não reportou resultado								
20252810									
20253197									
20253562									
20254948									
20257699	Não reportou resultado								
20257785									
20258219									

Especificidades reportadas	DQ2	DQ5	DR1	DR17	DQ8	DR7	DR9	DR18	DQ4
Nº de laboratórios	6	3	3	3	2	2	2	2	1
%	100%	50.0%	50.0%	50.0%	33.3%	33.3%	33.3%	33.3%	16.7%

Valores médios, mínimos e máximos para: MFI das "bead" controle negativo, "bead" controle positivo e cutoff; percentual de PRAC.

	Média	Mínimo	Máximo
Bead CN (MFI)	70.33	36.10	102.00
Bead CP (MFI)	7630.91	176.64	14663.73
PRA (%)	42.33	21.00	62.22
Cutoff (MFI)	1000.00	500.00	1500.00

Amostra sem consenso: não houve a participação do número mínimo de dez laboratórios para a validação da amostra, conforme previsto na Carta de Instruções.