



CONTROLE DE QUALIDADE ABHI - 2025 - 2ª Rodada
Painel de Antígenos Isolados - Classe I - Amostra 135

LABORATÓRIO	B13	B18	B35	B37	B42	B44	B45	B46	B48	B49	B50	B51	B52	B53	B55	B56	B57	B58	B62	B63	B64	B71	B72	B75	B76	B77	B78	B82
20251126																												
20251194																												
20251319																												
20251447																												
20252194																												
20252210	Não reportou resultado																											
20252810																												
20253026	Não reportou resultado																											
20253197																												
20253562																												
20253669																												
20253897																												
20254017																												
20254317																												
20254412																												
20254730																												
20254769																												
20254948																												
20254992																												
20255157																												
20255324																												
20255403																												
20255571																												
20255671																												
20255728																												
20255731																												
20255759																												
20255935																												
20256857																												
20257293																												
20257332																												
20257699	Não reportou resultado																											
20257741																												
20257772																												
20257785																												
20258184																												
20258201																												
20258219																												
20258292																												
20258966																												
20259145																												
20259230																												
20259587																												
20259876																												
20259883																												
20259987																												

Especificidades reportadas	B56	B62	B63	B72	B35	B49	B52	B71	B76	B50	B75	B45	B53	B78	B51	B82	B55	B46	B44	B77	B37	B57	B58	B13	B18	B42	B48	B64
Nº de laboratórios	43	43	43	43	42	42	42	42	42	41	41	40	40	39	38	36	34	29	24	14	4	4	3	1	1	1	1	1
%	100%	100%	100%	100%	97.7%	97.7%	97.7%	97.7%	97.7%	95.3%	95.3%	93.0%	93.0%	90.7%	88.4%	83.7%	79.1%	67.4%	55.8%	32.6%	9.3%	9.3%	7.0%	2.3%	2.3%	2.3%	2.3%	2.3%

Legenda:
Em verde: Resultados consenso entre os laboratórios.
Em amarelo: Resultados reportados por mais de um laboratório, mas que não atingiram consenso.
Em vermelho: Resultados reportados por apenas um laboratório.

Valores médios, mínimos e máximos para: MFI das "bead" controle negativo, "bead" controle positivo e cutoff; percentual de PRAC.

	Média	Mínimo	Máximo
Bead CN (MFI)	53.58	6.91	494.00
Bead CP (MFI)	13897.92	7123.67	38617.00
PRA (%)	57.47	9.00	86.95
Cutoff (MFI)	1574.20	313.00	5000.00