



CONTROLE DE QUALIDADE ABHI - 2025 - 2ª Rodada
Painel de Antígenos Isolados - Classe II - Amostra 135

LABORATÓRIO	
20251126	REPORTADO COMO NEGATIVO
20251194	REPORTADO COMO NEGATIVO
20251319	REPORTADO COMO NEGATIVO
20251447	REPORTADO COMO NEGATIVO
20252194	REPORTADO COMO NEGATIVO
20252210	Não reportou resultado
20252810	REPORTADO COMO NEGATIVO
20253026	Não reportou resultado
20253197	REPORTADO COMO NEGATIVO
20253562	REPORTADO COMO NEGATIVO
20253669	REPORTADO COMO NEGATIVO
20253897	REPORTADO COMO NEGATIVO
20254017	REPORTADO COMO NEGATIVO
20254317	REPORTADO COMO NEGATIVO
20254412	REPORTADO COMO NEGATIVO
20254730	REPORTADO COMO NEGATIVO
20254769	REPORTADO COMO NEGATIVO
20254948	REPORTADO COMO NEGATIVO
20254992	REPORTADO COMO NEGATIVO
20255157	REPORTADO COMO NEGATIVO
20255324	REPORTADO COMO NEGATIVO
20255403	REPORTADO COMO NEGATIVO
20255571	REPORTADO COMO NEGATIVO
20255671	REPORTADO COMO NEGATIVO
20255728	REPORTADO COMO NEGATIVO
20255731	REPORTADO COMO NEGATIVO
20255759	REPORTADO COMO NEGATIVO
20255935	REPORTADO COMO NEGATIVO
20256857	REPORTADO COMO NEGATIVO
20257293	REPORTADO COMO NEGATIVO
20257332	REPORTADO COMO NEGATIVO
20257699	Não reportou resultado
20257741	REPORTADO COMO NEGATIVO
20257772	REPORTADO COMO NEGATIVO
20257785	REPORTADO COMO NEGATIVO
20258184	REPORTADO COMO NEGATIVO
20258201	REPORTADO COMO NEGATIVO
20258219	REPORTADO COMO NEGATIVO
20258292	REPORTADO COMO NEGATIVO
20258966	REPORTADO COMO NEGATIVO
20259145	REPORTADO COMO NEGATIVO
20259230	REPORTADO COMO NEGATIVO
20259587	REPORTADO COMO NEGATIVO
20259876	REPORTADO COMO NEGATIVO
20259883	REPORTADO COMO NEGATIVO
20259987	REPORTADO COMO NEGATIVO

Especificidades reportadas	Resultado Negativo
Nº de laboratórios	43
%	100%

Legenda:
Em verde: Resultados consenso entre os laboratórios.
Em amarelo: Resultados reportados por mais de um laboratório, mas que não atingiram consenso.
Em vermelho: Resultados reportados por apenas um laboratório.

Valores médios, mínimos e máximos para: MFI das "bead" controle negativo, "bead" controle positivo e cutoff; percentual de PRAC.

	Média	Mínimo	Máximo
Bead CN (MFI)	62.55	1.59	1248.91
Bead CP (MFI)	12129.66	1296.00	20943.00
PRA (%)	0.00	0.00	0.00
Cutoff (MFI)	1530.80	24.00	5000.00