



CONTROLE DE QUALIDADE ABHI - 2025 - 2ª Rodada
Painel de Antígenos Isolados - Classe I - Amostra 137

LABORATÓRIO	A1	A29	A34	A36	B8	B37	B44	B45	B57	B65	B76	CW1
20251126												
20251194												
20251319												
20251447												
20252194												
20252210												
20252810												
20253026												
20253197												
20253562												
20253669												
20253897												
20254017												
20254317												
20254412												
20254730												
20254769												
20254948												
20254992												
20255157												
20255324												
20255403												
20255571												
20255671												
20255728												
20255731												
20255759												
20255935												
20256857												
20257293												
20257332												
20257699												
20257741												
20257772												
20257785												
20258184												
20258201												
20258219												
20258292												
20258966												
20259145												
20259230												
20259587												
20259876												
20259883												
20259987												

Especificidades reportadas	A1	A36	B37	B76	CW1	B8	A29	A34	B44	B45	B57	B65
Nº de laboratórios	43	43	15	10	7	4	1	1	1	1	1	1
%	100%	100%	34.9%	23.3%	16.3%	9.3%	2.3%	2.3%	2.3%	2.3%	2.3%	2.3%

Legenda:
Em verde: Resultados consenso entre os laboratórios.
Em amarelo: Resultados reportados por mais de um laboratório, mas que não atingiram consenso.
Em vermelho: Resultados reportados por apenas um laboratório.

Valores médios, mínimos e máximos para: MFI das "bead" controle negativo, "bead" controle positivo e cutoff; percentual de PRAC.

	Média	Mínimo	Máximo
Bead CN (MFI)	89.80	17.73	651.00
Bead CP (MFI)	11534.16	6349.00	23210.00
PRA (%)	17.27	3.00	30.00
Cutoff (MFI)	1971.29	1000.00	9000.00