



CONTROLE DE QUALIDADE ABHI - 2025 - 2ª Rodada
Painel de Antígenos Isolados - Classe II - Amostra 137

LABORATÓRIO	DQ2	DQ4	DQ5	DQA1*02	DQA1*03	DQA1*04	DQA1*05	DP1	DP3	DP5	DP6	DP9	DP10	DP11	DP13	DP14	DP19	DPA1*02	DPA1*04
20251126																			
20251194																			
20251319																			
20251447																			
20252194																			
20252210																			
20252810																			
20253026																			
20253197																			
20253562																			
20253669																			
20253897																			
20254017																			
20254317																			
20254412																			
20254730																			
20254769																			
20254948																			
20254992																			
20255157																			
20255324																			
20255403																			
20255571																			
20255671																			
20255728																			
20255731																			
20255759																			
20255935																			
20256857																			
20257293																			
20257332																			
20257699																			
20257741																			
20257772																			
20257785																			
20258184																			
20258201																			
20258219																			
20258292																			
20258966																			
20259145																			
20259230																			
20259587																			
20259876																			
20259883																			
20259987																			

Especificidades reportadas	DQ2	DQ5	DQ4	DPA1*02	DP14	DP5	DP9	DP11	DP13	DP1	DPA1*04	DQA1*04	DQA1*05	DP3	DP10	DP19	DQA1*02	DP6	DQA1*03
Nº de laboratórios	43	43	20	12	11	7	4	4	4	3	3	3	3	2	2	2	2	1	1
%	100%	100%	46.5%	27.9%	25.6%	16.3%	9.3%	9.3%	9.3%	7.0%	7.0%	7.0%	7.0%	4.7%	4.7%	4.7%	4.7%	2.3%	2.3%

Legenda:
Em verde: Resultados consenso entre os laboratórios.
Em amarelo: Resultados reportados por mais de um laboratório, mas que não atingiram consenso.
Em vermelho: Resultados reportados por apenas um laboratório.

Valores médios, mínimos e máximos para: MFI das "bead" controle negativo, "bead" controle positivo e cutoff; percentual de PRAC.

	Média	Mínimo	Máximo
Bead CN (MFI)	86.65	6.89	415.00
Bead CP (MFI)	10786.67	5122.00	21107.00
PRA (%)	57.60	7.00	83.33
Cutoff (MFI)	1557.43	351.00	5000.00