



CONTROLE DE QUALIDADE ABHI - 2026 - 1ª Rodada
Painel de Fenótipos - Classe I - Amostra 138

LABORATÓRIO	A2	A31	A66	A68	A69	A80	B18	B35	B37	B39	B46	B48	B50	B51	B52	B53	B58	B67	B72	B73	B75	B76	B78	B82	CW2
20261053																									
20264590																									
20266259																									
20266750																									
20268158																									
20269939																									

Especificidades reportadas	Resultado Negativo	A2	A69	B18	B35	B37	B51	B53	B78	B52	A68	A31	A66	A80	B39	B46	B48	B50	B58	B67	B72	B73	B75	B76	B82	CW2
Nº de laboratórios	1	5	5	5	5	5	5	5	5	4	3	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
%	16.7%	83.3%	83.3%	83.3%	83.3%	83.3%	83.3%	83.3%	83.3%	66.7%	50.0%	16.7%	16.7%	16.7%	16.7%	16.7%	16.7%	16.7%	16.7%	16.7%	16.7%	16.7%	16.7%	16.7%	16.7%	16.7%

Valores médios, mínimos e máximos para: MFI das "bead" controle negativo, "bead" controle positivo e cutoff; percentual de PRAC.

	Média	Mínimo	Máximo
Bead CN (MFI)	73.27	21.85	156.00
Bead CP (MFI)	9721.02	6356.00	15337.00
PRA (%)	75.61	69.00	79.60
Cutoff (MFI)	1500.00	1500.00	1500.00

Amostra sem consenso: não houve a participação do número mínimo de dez laboratórios para a validação da amostra, conforme previsto na Carta de Instruções.