

CONTROLE DE QUALIDADE

ABHI

Associação Brasileira de Imunogenética

CONTROLE DE QUALIDADE ABHI - 2026 - 1ª Rodada

Panel de Fenótipos - Classe II - Amostra 138

LABORATÓRIO	DR1	DR103	DR4	DR8	DR9	DR10	DR11	DR12	DR13	DR14	DR15	DR16	DR18	DR51	DR53	DQ4	DQ5	DQ6	DQ7	DQ8	DQ9	DQA1*01	DQA1*02	DQA1*03	DQA1*04	DQA1*05	DP1	DP3	DP4	DP5	DP6	DP9	DP11	DP13	DP14	DP17	DP19	DP105	DPAL*02	DPAL*03		
20261053																																										
20264590																																										
20266259																																										
20266750																																										
20268158																																										
20269939																																										
REPORTADO COMO NEGATIVO																																										

Especificidades reportadas	Resultado Negativo	DR1	DR4	DR8	DR9	DR10	DR11	DR12	DR13	DR15	DR16	DR51	DR103	DQ4	DQ5	DQ6	DQ7	DR14	DP1	DP3	DP5	DP11	DP13	DP14	DP17	DQ8	DQ9	DQA1*01	DQA1*02	DQA1*03	DQA1*04	DP4	DP6	DP9	DP19	DP105	DPAL*02	DPAL*03	DQA1*05	DR18	DR53		
Nº de laboratórios	1	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	4	4	4	4	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	2	2	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
%	16.7%	83.3%	83.3%	83.3%	83.3%	83.3%	83.3%	83.3%	83.3%	83.3%	83.3%	83.3%	83.3%	83.3%	66.7%	66.7%	66.7%	66.7%	66.7%	50.0%	50.0%	50.0%	50.0%	50.0%	50.0%	50.0%	50.0%	50.0%	33.3%	33.3%	33.3%	16.7%	16.7%	16.7%	16.7%	16.7%	16.7%	16.7%	16.7%	16.7%	16.7%	16.7%	16.7%

Valores médios, mínimos e máximos para: MFI das "bead" controle negativo, "bead" controle positivo e cutoff; percentual de PRAc.

	Média	Mínimo	Máximo
Bead CN (MFI)	96.01	44.00	203.00
Bead CP (MFI)	8740.80	3503.92	17032.00
PRA (%)	95.43	85.00	99.19
Cutoff (MFI)	1500.00	1500.00	1500.00

Amostra sem consenso: não houve a participação do número mínimo de dez laboratórios para a validação da amostra, conforme previsto na Carta de Instruções.