



CONTROLE DE QUALIDADE ABHI - 2026 - 1ª Rodada
Painel de Fenótipos - Classe II - Amostra 141

LABORATÓRIO	
20261053	REPORTADO COMO NEGATIVO
20264590	REPORTADO COMO NEGATIVO
20266259	REPORTADO COMO NEGATIVO
20266750	REPORTADO COMO NEGATIVO
20268158	REPORTADO COMO NEGATIVO
20269939	REPORTADO COMO NEGATIVO

Especificidades reportadas	Resultado Negativo
Nº de laboratórios	6
%	100%

Valores médios, mínimos e máximos para: MFI das "bead" controle negativo, "bead" controle positivo e cutoff; percentual de PRAC.

	Média	Mínimo	Máximo
Bead CN (MFI)	139.34	58.00	204.00
Bead CP (MFI)	12379.77	7686.22	16938.00
PRA (%)	0.00	0.00	0.00
Cutoff (MFI)	1500.00	1500.00	1500.00

Amostra sem consenso: não houve a participação do número mínimo de dez laboratórios para a validação da amostra, conforme previsto na Carta de Instruções.