



CONTROLE DE QUALIDADE ABHI - 2026 - 1ª Rodada
Painel de Fenótipos - Classe II - Amostra 142

LABORATÓRIO	DR7	DR9	DR10	DR12	DR14	DR18	DR51	DR52	DR53	DQ2	DQ4	DQ5	DQ6	DQ9	DQA1*01	DQA1*02	DQA1*03	DP1	DP5	DP11	DP13	DP14	DPA1*02
20261053																							
20264590																							
20266259																							
20266750																							
20268158																							
20269939																							

Especificidades reportadas	Resultado Negativo	DR7	DR9	DR12	DR14	DP14	DQ4	DQ9	DQA1*01	DR18	DP1	DP5	DP11	DP13	DPA1*02	DQ2	DQ5	DQ6	DQA1*02	DQA1*03	DR10	DR51	DR52	DR53
Nº de laboratórios	1	5	5	5	4	2	2	2	2	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
%	16.7%	83.3%	83.3%	83.3%	66.7%	33.3%	33.3%	33.3%	33.3%	33.3%	16.7%	16.7%	16.7%	16.7%	16.7%	16.7%	16.7%	16.7%	16.7%	16.7%	16.7%	16.7%	16.7%	

Valores médios, mínimos e máximos para: MFI das "bead" controle negativo, "bead" controle positivo e cutoff; percentual de PRAC.

	Média	Mínimo	Máximo
Bead CN (MFI)	98.61	60.00	185.00
Bead CP (MFI)	9652.44	5164.44	16601.00
PRA (%)	73.22	35.09	88.00
Cutoff (MFI)	1500.00	1500.00	1500.00

Amostra sem consenso: não houve a participação do número mínimo de dez laboratórios para a validação da amostra, conforme previsto na Carta de Instruções.