



CONTROLE DE QUALIDADE ABHI - 2026 - 1ª Rodada
Painel de Antígenos Isolados - Classe I - Amostra 138

LABORATÓRIO	A2	A24	A34	A66	A68	A69	B8	B18	B35	B37	B51	B52	B53	B63	B71	B72	B75	B77	B78	CW2
20261002																				
20261053																				
20261085																				
20261580																				
20261657																				
20262842																				
20263549																				
20263633																				
20263954																				
20264259																				
20264590																				
20264964																				
20264966																				
20265602																				
20265624																				
20266142																				
20266259																				
20266508																				
20266576																				
20266645																				
20266696																				
20266750																				
20267342																				
20267363																				
20267496																				
20267565																				
20267816																				
20267831																				
20267836																				
20267876																				
20268043																				
20268062																				
20268158																				
20268374																				
20268862																				
20268882																				
20269234																				
20269313																				
20269456																				
20269623																				
20269822																				
20269939																				

Especificidades reportadas	A2	B18	B35	B51	B52	B53	B78	A68	A69	B37	B75	CW2	A66	B8	B71	A34	B72	B77	A24	B63
Nº de laboratórios	42	42	42	42	42	42	42	41	41	41	36	32	8	5	5	4	4	4	1	1
%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	97.6%	97.6%	97.6%	85.7%	76.2%	19.0%	11.9%	11.9%	9.5%	9.5%	9.5%	2.4%	2.4%
Especificidades validadas pelo consenso de 80% das especificidades reportadas.												Especificidades intermediárias reportadas pelos laboratórios participantes entre 9.5% e 76.2%.							Especificidades discrepantes	

Valores médios, mínimos e máximos para: MFI das "bead" controle negativo, "bead" controle positivo e cutoff; percentual de PRAC.

	Média	Mínimo	Máximo
Bead CN (MFI)	83.82	14.59	274.00
Bead CP (MFI)	11253.61	6575.33	20776.00
PRA (%)	75.66	15.00	99.00
Cutoff (MFI)	1515.91	750.00	5000.00