



CONTROLE DE QUALIDADE ABHI - 2026 - 1ª Rodada
Painel de Antígenos Isolados - Classe II - Amostra 139

LABORATÓRIO	DQ7	DQ9	DQA1*03	DQA1*05	DQA1*06
20261002	REPORTADO COMO NEGATIVO				
20261053	REPORTADO COMO NEGATIVO				
20261085	REPORTADO COMO NEGATIVO				
20261580	REPORTADO COMO NEGATIVO				
20261657	REPORTADO COMO NEGATIVO				
20262842	REPORTADO COMO NEGATIVO				
20263549	REPORTADO COMO NEGATIVO				
20263633	REPORTADO COMO NEGATIVO				
20263954	REPORTADO COMO NEGATIVO				
20264259	REPORTADO COMO NEGATIVO				
20264590	REPORTADO COMO NEGATIVO				
20264964	REPORTADO COMO NEGATIVO				
20264966	REPORTADO COMO NEGATIVO				
20265602	REPORTADO COMO NEGATIVO				
20265624	REPORTADO COMO NEGATIVO				
20266142	REPORTADO COMO NEGATIVO				
20266259	REPORTADO COMO NEGATIVO				
20266508	REPORTADO COMO NEGATIVO				
20266576					
20266645					
20266696	REPORTADO COMO NEGATIVO				
20266750	REPORTADO COMO NEGATIVO				
20267342	REPORTADO COMO NEGATIVO				
20267363	REPORTADO COMO NEGATIVO				
20267496	REPORTADO COMO NEGATIVO				
20267565	REPORTADO COMO NEGATIVO				
20267816	REPORTADO COMO NEGATIVO				
20267831	REPORTADO COMO NEGATIVO				
20267836	REPORTADO COMO NEGATIVO				
20267876	REPORTADO COMO NEGATIVO				
20268043	REPORTADO COMO NEGATIVO				
20268062	REPORTADO COMO NEGATIVO				
20268158	REPORTADO COMO NEGATIVO				
20268374					
20268862	REPORTADO COMO NEGATIVO				
20268882	REPORTADO COMO NEGATIVO				
20269234	REPORTADO COMO NEGATIVO				
20269313	REPORTADO COMO NEGATIVO				
20269456	REPORTADO COMO NEGATIVO				
20269623	REPORTADO COMO NEGATIVO				
20269822	REPORTADO COMO NEGATIVO				
20269939	REPORTADO COMO NEGATIVO				

Especificidades reportadas	Resultado Negativo	DQ7	DQ9	DQA1*03	DQA1*05	DQA1*06
Nº de laboratórios	39	3	3	2	2	1
%	92.9%	7.1%	7.1%	4.8%	4.8%	2.4%
	Resultado consenso negativo	Especificidades intermediárias reportadas pelos laboratórios participantes entre 4.8% e 7.1%.				Especificidades discrepantes reportadas por apenas um

Valores médios, mínimos e máximos para: MFI das "bead" controle negativo, "bead" controle positivo e cutoff; percentual de PRAC.

	Média	Mínimo	Máximo
Bead CN (MFI)	103.16	3.63	269.44
Bead CP (MFI)	11130.61	7427.97	21678.00
PRA (%)	1.37	0.00	37.95
Cutoff (MFI)	1474.94	750.00	5000.00