



CONTROLE DE QUALIDADE ABHI - 2026 - 1ª Rodada
Painel de Antígenos Isolados - Classe II - Amostra 141

LABORATÓRIO	DR9	DR52	DP1
20261002	REPORTADO COMO NEGATIVO		
20261053	REPORTADO COMO NEGATIVO		
20261085	REPORTADO COMO NEGATIVO		
20261580	REPORTADO COMO NEGATIVO		
20261657	REPORTADO COMO NEGATIVO		
20262842	REPORTADO COMO NEGATIVO		
20263549	REPORTADO COMO NEGATIVO		
20263633	REPORTADO COMO NEGATIVO		
20263954	REPORTADO COMO NEGATIVO		
20264259	REPORTADO COMO NEGATIVO		
20264590	REPORTADO COMO NEGATIVO		
20264964	REPORTADO COMO NEGATIVO		
20264966	REPORTADO COMO NEGATIVO		
20265602	REPORTADO COMO NEGATIVO		
20265624	REPORTADO COMO NEGATIVO		
20266142	REPORTADO COMO NEGATIVO		
20266259	REPORTADO COMO NEGATIVO		
20266508	REPORTADO COMO NEGATIVO		
20266576			
20266645	REPORTADO COMO NEGATIVO		
20266696	REPORTADO COMO NEGATIVO		
20266750			
20267342	REPORTADO COMO NEGATIVO		
20267363	REPORTADO COMO NEGATIVO		
20267496	REPORTADO COMO NEGATIVO		
20267565	REPORTADO COMO NEGATIVO		
20267816	REPORTADO COMO NEGATIVO		
20267831	REPORTADO COMO NEGATIVO		
20267836	REPORTADO COMO NEGATIVO		
20267876	REPORTADO COMO NEGATIVO		
20268043	REPORTADO COMO NEGATIVO		
20268062	REPORTADO COMO NEGATIVO		
20268158	REPORTADO COMO NEGATIVO		
20268374			
20268862	REPORTADO COMO NEGATIVO		
20268882	REPORTADO COMO NEGATIVO		
20269234	REPORTADO COMO NEGATIVO		
20269313	REPORTADO COMO NEGATIVO		
20269456	REPORTADO COMO NEGATIVO		
20269623	REPORTADO COMO NEGATIVO		
20269822	REPORTADO COMO NEGATIVO		
20269939	REPORTADO COMO NEGATIVO		

Especificidades reportadas	Resultado Negativo	DP1	DR9	DR52
Nº de laboratórios	39	2	2	2
%	92.9%	4.8%	4.8%	4.8%
Resultado consenso negativo	Especificidades intermediárias reportadas pelos laboratórios participantes entre 4.8% e 4.8%.			

Valores médios, mínimos e máximos para: MFI das "bead" controle negativo, "bead" controle positivo e cutoff; percentual de PRAC.

	Média	Mínimo	Máximo
Bead CN (MFI)	106.21	14.00	354.00
Bead CP (MFI)	12510.45	7457.00	23228.52
PRA (%)	0.12	0.00	3.00
Cutoff (MFI)	1483.85	717.00	5000.00