



CONTROLE DE QUALIDADE ABHI - 2026 - 1ª Rodada
Painel de Antígenos Isolados - Classe II - Amostra 140

LABORATÓRIO	DQ2	DQ6	DQA1*01	DQA1*04	DQA1*05
20261002			REPORTADO COMO NEGATIVO		
20261053			REPORTADO COMO NEGATIVO		
20261085			REPORTADO COMO NEGATIVO		
20261580			REPORTADO COMO NEGATIVO		
20261657			REPORTADO COMO NEGATIVO		
20262842			REPORTADO COMO NEGATIVO		
20263549					
20263633			REPORTADO COMO NEGATIVO		
20263954			REPORTADO COMO NEGATIVO		
20264259			REPORTADO COMO NEGATIVO		
20264590					
20264964			REPORTADO COMO NEGATIVO		
20264966			REPORTADO COMO NEGATIVO		
20265602					
20265624					
20266142			REPORTADO COMO NEGATIVO		
20266259					
20266508			REPORTADO COMO NEGATIVO		
20266576					
20266645					
20266696			REPORTADO COMO NEGATIVO		
20266750					
20267342			REPORTADO COMO NEGATIVO		
20267363			REPORTADO COMO NEGATIVO		
20267496			REPORTADO COMO NEGATIVO		
20267546			Não reportou resultado		
20267565					
20267816			REPORTADO COMO NEGATIVO		
20267831			REPORTADO COMO NEGATIVO		
20267836			REPORTADO COMO NEGATIVO		
20267876			REPORTADO COMO NEGATIVO		
20267983			Não reportou resultado		
20268043			REPORTADO COMO NEGATIVO		
20268062			REPORTADO COMO NEGATIVO		
20268158					
20268374			REPORTADO COMO NEGATIVO		
20268862					
20268882			REPORTADO COMO NEGATIVO		
20269234			REPORTADO COMO NEGATIVO		
20269313			REPORTADO COMO NEGATIVO		
20269456			REPORTADO COMO NEGATIVO		
20269623			REPORTADO COMO NEGATIVO		
20269822			REPORTADO COMO NEGATIVO		
20269939			REPORTADO COMO NEGATIVO		

Especificidades reportadas	Resultado Negativo	DQ2	DQ6	DQA1*01	DQA1*04	DQA1*05
Nº de laboratórios	31	11	2	1	1	1
%	73.8%	26.2%	4.8%	2.4%	2.4%	2.4%
Resultados intermediários (especificidades e resultado negativo) reportados pelos laboratórios participantes entre 4.8% e 73.8%.				Especificidades discrepantes reportadas por apenas um laboratório.		

Valores médios, mínimos e máximos para: MFI das "bead" controle negativo, "bead" controle positivo e cutoff; percentual de PRAC.

	Média	Mínimo	Máximo
Bead CN (MFI)	85.30	8.49	469.00
Bead CP (MFI)	10214.26	5274.00	19808.00
PRA (%)	9.14	0.00	42.00
Cutoff (MFI)	1468.24	750.00	5000.00